Product Specification Sheet by ChraWork a Gimium™ Ecosystem

2110110343

LC COLUMN
QUALITY CONTROL PERFORMAN

COLUMN INFORMATION
SERIAL NUMBER : 2110110343
PART NUMBER : E07219-C4126
COLUMN TYPE : ChraSil Inert HILIC, 150 x 2.1 mm, 3.5um
LOT : B08004

TEST CON
MOBILE PH
COLUMN F
COLUMN F
LINEAR VE
TEMPERAT
INJECTTIO

TEST VALUES	SPECIFICATIONS
THEORETICAL PLATES : 23184	MIN : 18000
SELECTIVITY : 1.66	RANGE : 1.62 - 1.72
USP TAILING FACTOR : 1.04 (@ 5% Peak Height)	RANGE : 0.98 - 1.25 k' : 2.05

Peak
1.
2.
3.
4.

Image not found or type unknown

MATERIAL SAFETY DATA SHEETS ARE AVAIL

ChraReport at https://chracert.com/2110110343

Revision #4
Created 22 October 2021 01:33:01 by Admin
Updated 22 October 2021 01:39:40 by Admin