Product Specification Sheet by ChraWork a Gimium™ Ecosystem

2110420343

LC COLUMN
QUALITY CONTROL PERFORMAN

COLUMN INFORMATION
SERIAL NUMBER : 2110420343
PART NUMBER : C1513-B3003
COLUMN TYPE : ChraSil B100 C8, 150 x 2.1 mm, 3.5um
LOT : KL0051

TEST CON
MOBILE PH
COLUMN F
COLUMN F
LINEAR VE
TEMPERAT
INJECTTIO

TEST VALUES	SPECIFICATIONS
THEORETICAL PLATES : 20080	MIN : 18110
SELECTIVITY : 1.69	RANGE : 1.60 - 1.72
USP TAILING FACTOR : 1.04 (@ 5% Peak Height)	RANGE : 0.98 - 1.25 k' : 1.60

Peak
1.
2.
3.
4.

skd.jpg
Image not found or type unknown

MATERIAL SAFETY DATA SHEETS ARE AVAIL

ChraReport at https://chracert.com/2110420343

Revision #2
Created 22 October 2021 02:48:48 by Admin
Updated 22 October 2021 02:54:51 by Admin